

Chełm, dnia 30 maja 2019 r.

MSP.A.271.6.2019 (4)




**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny



**Rzeczpospolita  
Polska**

Szanowni Państwo  
Wykonawcy



**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego

W odpowiedzi na przedstawione pytania dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie, w ramach realizacji projektu PN.: „Zakup aparatu ultrasonograficznego na potrzeby podstawowej opieki zdrowotnej MSP ZOZ w Chełmie” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna, Działanie 13.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, w imieniu Zamawiającego wyjaśniam, co następuje

### **I. Pytania Wykonawcy nr 1**

#### *1. Pkt 15 Ilość obrazów pamięci dynamicznej CINE*

Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf z ilością obrazów pamięci dynamicznej CINE 4000 obrazów ? W praktyce wymagana ilość obrazów w pamięci dynamicznej CINE min. 12 500 nie występuje w postaci ciągłej, tj. jednego klipu. Dodatkowo aby spełnić wymaganie odświeżanie obrazu musiało by być na poziomie 5 klatek/s. Prosimy o zmianę parametru na „ilość obrazów pamięci dynamicznej CINE min 3 min. /4000 obrazów „

**Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie**

2. *Pkt 23 Ilość stref ogniskowania przy nadawaniu*

Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf z 5 strefami ogniskowania przy nadawaniu ?

**Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie**

3. *Pkt. 41 Prędkość Dopplera Mocy*

Prosimy o doprecyzowanie parametru, ponieważ Doppler Mocy służy do obrazowania bardzo wolnych przepływów, tym samym wymaganie oraz punktowanie parametru z najwyższą prędkością zaprzecza celowości danej techniki

**Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie**

4. *Pkt 63 Częstotliwości pracy głowicy – od 3 do 11,5 MHz  $\pm$  1 MHz*

Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf z głowicą o zakresie 4-9 Mhz

**Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie**

5. *Pkt. 64 Kąt widzenia – min. 200°*

Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf z głowicą o kącie widzenia 179 ° ?

**Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie**

6. *Pkt. 88 Możliwość rozbudowy o aplikację zawierającą dedykowany raport z badania piersi.*

Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf bez możliwości rozbudowy o aplikację zawierającą dedykowany raport z badania piersi ?

**Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie**

7. *Pkt. 94 Możliwość rozbudowy o funkcję oprogramowania elastograficznego dedykowanego do badania tarczycy, elastografia fali podłużnej (tzw metoda bezuciskowa) z wykorzystaniem pulsacji tętnicy szyjnej.*

Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf bez możliwości rozbudowy o funkcję oprogramowania elastograficznego dedykowanego do badania tarczycy,

**Tak. Zamawiający potwierdza stanowisko Wykonawcy**

12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin płatności wynosił 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury?

**Tak Zamawiający wyraża zgodę, z zastrzeżeniem zapisów § 5 projektu umowy.**

**II. Pytania Wykonawcy nr 2**

1. *Czy Zamawiający dopuści dołączenie instrukcji użytkownika do oferty na nośniku CD/DVD i wprowadzi wymóg dostarczenia jej w wersji papierowej wraz z ultrasonografem?*

Uzasadnienie: Instrukcja obsługi ultrasonografu, który chcielibyśmy zaoferować posiada przeszło 300 stron. Wydrukowanie jej i dołączenie do oferty znacznie zwiększy objętość dostarczanej dokumentacji, może również w związku z tym sprawić trudność w ocenie oferty przez Zamawiającego. Możliwość dostarczenia instrukcji na nośniku CD/DVD będzie także rozwiązaniem bardziej ekologicznym.

**Tak, Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie.**

2. *Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 12 lipca?*

**Tak, Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie.**

Ogłoszenie o postępowaniu dot. powyższego warunku zostanie zmodyfikowane i opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych

3. *W załączniku nr 1 do SIWZ, w punkcie 23, Zamawiający wymaga: Ilość stref ogniskowania w nadawaniu min 8.*

*Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści system stosujący nowszą i znacznie usprawnioną Technologię Dynamic Pixel Focusing. W tej technologii system pracuje bez konieczności ustawiania pojedynczych punktów ogniskowania przez użytkownika, każdy*

elastografia fali podłużnej (tzw metoda bezuciskowa) z wykorzystaniem pulsacji tętnicy szyjnej.

### **Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie**

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin wykonania zamówienia wynosił do 30 dni od zawarcia umowy?

### **Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie.**

Ogłoszenie o postępowaniu dot. powyższego warunku zostanie zmodyfikowane i opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych

9. Dotyczy SIWZ, pkt. III. Warunki dodatkowe ppkt. 3g Ramowych warunków serwisu gwarancyjnego: Czy Zamawiający zaakceptuje zmianę treści punktu na: *g) naprawy gwarancyjne tego samego, istotnego elementu urządzenia, uprawniające do wymiany przedmiotu umowy na nowy (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika) nie więcej niż 3.*

### **Zamawiający wyraża zgodę na następującą modyfikację zapisu:**

*„naprawy gwarancyjne uprawniające do wymiany przedmiotu na nowy (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika) nie więcej niż 3 tego samego podzespołu”*

10. Dotyczy SIWZ pkt. III. 5b:

Prosimy o odstąpienie od wymogu załączenia do oferty instrukcji użytkownika, w szczególności, jeśli poświadczenie spełnienia wymogów technicznych opisanych w siwz jest możliwe poprzez załączenie innych dokumentów typu „product data” / foldery / katalogi informacyjne.

### **Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie.**

11. Dotyczy SIWZ pkt. III. 5a oraz pkt. X Ad.B: prosimy o potwierdzenie naszego rozumienia, iż pod pojęciem „zestawienie danych technicznych aparatu - INFOTEC”, Zamawiający rozumie wszelkie dane techniczne typu „product data” / foldery / katalogi informacyjne / oświadczenia producenta, potwierdzające istnienie oferowanych parametrów technicznych aparatu USG?

*obszar obrazu jest wyostrzony piksel po pikselu, a nie tylko obszary na wysokości konwencjonalnych ognisk.*

**Tak, Zamawiający uzna oferowanie urządzenia z systemem bez konieczności ustawiania pojedynczych punktów ogniskowania, zapewniające ostrość obrazowania w każdym punkcie za spełniający warunek Specyfikacji technicznej.** Zamawiający wymaga aby warunek ten został dodatkowo opisany w ofercie sporządzonej przez Wykonawcę w odpowiednim punkcie tabeli (pkt 23) specyfikacji technicznej

### **III. Pytania Wykonawcy nr 3**

#### *4. Pytanie 1 Ad. SIWZ, rozdział III, pkt 3 e)*

Czy przez czas reakcji serwisowej Zamawiający rozumie kontakt telefoniczny z bezpośrednim Użytkownikiem? Niektóre usterki zgłaszane przez klientów mogą być rozwiązane podczas konsultacji telefonicznej.

#### **Tak, Zamawiający akceptuje sposób rozumowania Wykonawcy**

Czas reakcji serwisowej to każda czynność podjęta przez Wykonawcę, w celu rozwiązania problemu z urządzeniem, również konsultacja telefoniczna, czy zdalna naprawa urządzenia

#### *5. Pytanie 2 Ad. SIWZ, rozdział III, punkt 3f*

*Czy Zamawiający zmieni zapis z „maksymalny czas usunięcia uszkodzenia (z uwzględnieniem wszystkich części zamiennych) nie dłużej niż 7 dni” na „maksymalny czas usunięcia uszkodzenia 5 dni roboczych, w przypadku sprowadzenia części z zagranicy – 10 dni roboczych.” ?*

#### **Zamawiający przedstawia następujący sposób rozwiązania problemu.**

W okresie 7 dni najczęściej występuje 5 dni roboczych. W sytuacji gdy Wykonawca nie jest w stanie wykonać naprawy z uwagi na konieczność sprowadzenia części w terminie 7 dni, winien zapewnić na okres naprawy /oczekiwania na części, aparat zastępczy o parametrach nie gorszych niż dostarczony w ramach niniejszego postępowania. W takim przypadku

Zamawiający uzna warunek opisany w części III punkt 3 f) za spełniony. Zobowiązanie do takiego sposobu postępowania Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do składanej oferty

6. *Pytanie 3 Ad. SIWZ, rozdział III, punkt 3g*

*Czy Zamawiający zmieni zapis z „naprawy gwarancyjne uprawniające do wymiany przedmiotu na nowy (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika) nie więcej niż 3” na „naprawy gwarancyjne uprawniające do wymiany przedmiotu na nowy (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika) nie więcej niż 3 tego samego podzespołu.” ?*

**Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie.**

7. *Pytanie 4 Ad. SIWZ, rozdział III, punkt 3j*

*Czy Zamawiający zmieni zapis z „każdy dzień naprawy gwarancyjnej przedłuża okres gwarancji o czas przerwy w eksploatacji” na „każdy dzień naprawy gwarancyjnej przedłuża okres gwarancji o czas przerwy w eksploatacji, pomijając sytuację, w której Wykonawca dostarczy aparat zastępczy.” ?*

**Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie.**

8. *Pytanie 5 Ad. SIWZ, rozdział III, punkt 5b*

*Czy Zamawiający dopuści dołączenie do oferty instrukcji użytkownika w wersji elektronicznej? Zamawiający wymaga by każda ze stron oferty była parafowana i ponumerowana, zaś instrukcja użytkownika liczy ponad 500 stron.*

**Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie.**

9. *Pytanie 6 Ad. UMOWA DOSTAWY, § 2 ust. 5 pkt 1*

*Czy Zamawiający poprzez pojęcie dokumentacja techniczna uzna dostarczenie wypełnionego paszportu technicznego; harmonogramu przeglądów technicznych; wykazu materiałów zużywalnych rekomendowanych przez producenta oraz instrukcji obsługi?*

**Stanowisko Zamawiającego**

Zamawiający uzna za spełniony warunek dołączenia dokumentacji technicznej poprzez dostarczenie wypełnionego paszportu technicznego; harmonogramu przeglądów

technicznych; wykazu materiałów zużywalnych rekomendowanych przez producenta, instrukcji obsługi oraz dokumentów (certyfikatów) poświadczających dopuszczenie do używania dostarczonego aparatu ultrasonograficznego wraz z osprzętem (głowice, ptinter itp.)

*10. Pytanie 7 Dot. SPECYFIKACJA TECHNICZNA Aparatu ultrasonograficznego - Tabela nr 1, OPIS TECHNICZNO-JAKOŚCIOWY,*

Zamawiający opisał wymagane parametry głowic: CONVEX i LINIA, natomiast w Tabeli nr 2 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I GWARANCYJNYCH - Parametry punktowane w kryterium oceny techniczno – jakościowej, zmienił oczekiwania techniczne. Czy Zamawiający będzie oczekiwał dostawy wraz z aparatem opisanych głowic linia i convex z Tabeli nr 1 czy z Tabeli nr. 2.

### **Stanowisko Zamawiającego**

Głowice opisane w tabeli nr 2 zdaniem Zamawiającego są głowicami o wyższych parametrach technicznych, dodatkowo punktowanych przez Zamawiającego.. Dlatego jeżeli Wykonawca w swojej ofercie zaproponuje głowice o parametrach technicznych dodatkowo ocenianych (tj. zgodnych z tabelą nr 2 Załącznika nr 1 do SIWZ) to spełni jednocześnie warunki podstawowe, a tym samym oferta zostanie uznana za prawidłową. Tak więc jeżeli Wykonawca oferuje jedynie głowice podstawowe (opisane w punktach 53 – 61 tabeli nr 1 Załącznika nr 1 do SIWZ) to dostarcza te głowice. Jeżeli natomiast chce uzyskać dodatkowe punkty w ocenie oferty za dostawę głowic o wyższych parametrach technicznych, to oferuje dostawę głowic opisanych w punktach 17 – 18 Tabeli nr 2 Załącznika nr 1 do SIWZ.

*11. Pytanie 8 Dot. Tabeli nr 2 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I GWARANCYJNYCH pkt. 15*

*Zamawiający oczekuje oprogramowania aparatu USG w języku polskim dając punktację TAK – 10 pkt. natomiast jego brak wycenia na 0 pkt. Natomiast w kolumnie „wartości graniczne wymagane ” zamieścić tylko „TAK”. W związku z powyższym czy Zamawiający uzupełni kolumnę „wartości graniczne wymagane ” o „TAK/NIE” lub zrezygnuje z tego wymogu, ponieważ wszystkie wysokiej klasy aparaty USG dostępne na rynku polskim pracują na oprogramowaniu w języku angielskim.*


### **Stanowisko Zamawiającego**

Zapis w kolumnie „wartości graniczne/wymagane” jest oczywistą omyłką i winien brzmieć „TAK/NIE”, co wynika z wartości punktowych przyporządkowanych poszczególnym odpowiedziom.

Tabela nr 2 w Załączniku nr 1 do specyfikacji zawiera kryteria dodatkowo punktowane, dlatego nie każdy aparat będzie spełniał wszystkie wymogi w tej tabeli.

12. Pytanie 9 Dot. Tabela nr 1, OPIS TECHNICZNO-JAKOŚCIOWY pozostałe wymagania pkt. 97 Zamawiający oczekuje dostawy aparatu USG, który posiada zaimplementowane „Oprogramowanie szkoleniowe zawierające min. przykładowe obrazy, miejsca przyłożenia głowicy, bazę wiedzy”. Tego typu oprogramowanie (samouczek) jest charakterystyczne dla niskiej klasy aparatów przeznaczonych do podstawowej diagnostyki badań przesiewowych. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG, który nie posiada oprogramowania szkoleniowego, natomiast obsługa i nawigacja systemu – zdaniem użytkowników nie nastręcza problemów.

**Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację Tabeli nr 1 Załącznika nr 1 do SIWZ poprzez wykreślenie punktu 97.**

Dyrektor  
Miejskiego Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie  
  
Mariusz Zabiński