

Chełm, dnia 18 czerwca 2010 r.

MSP.A.341-2/4/10

Szanowni Państwo
Wykonawcy

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia na sukcesywne dostawy błon rentgenowskich ogólnodiagnostycznych i błon rentgenowskich stomatologicznych oraz materiałów do obróbki błon rtg w ciemni automatycznej i środków czyszczących do kaset rtg dla potrzeb Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie.

W imieniu Zamawiającego przedstawiam pytania o podpowiedzi dotyczące prowadzonego postępowania.

1. Dot. Pakietu nr 2.

Czy Zamawiający dopuści błony stomatologiczne klasy E?

Z naszej wiedzy wynika, że na dzień dzisiejszy w Państwa pracowni stosowane są błony klasy E.

Tak, Zamawiający dopuści złożenie oferty na błony stomatologiczne klasy E.

Stosowana zmiana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

2. Dot. Pakietu nr 3.

Jeśli Oferent zaproponuje **oryginalny** wywoływacz i utrwalacz firmy Kodak, to czy musi załączać dokument potwierdzający możliwość stosowania tych odczynników w automacie MEDICAL X – RAY PROCESOR 102 firmy Kodak?

Z dokumentów posiadanych przez zamawiającego wynika, iż odczynniki firmy KODAK mogą być stosowane w automacie Medical X – RAY PROCESOR 102, dlatego w przypadku oferowania oryginalnych odczynników producenta wywoływarki, Zamawiający odstąpi od wymogu potwierdzenia możliwości stosowania tych odczynników w posiadanej wywoływarce.

**/ - / Mariusz Żabiński
Zastępca Dyrektora
MSP ZOZ w Chełmie**