

Załącznik nr 1c do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pakiet nr 3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Aparat do analizy moczu

Oferent:

Producent:

Nazwa zestawu / typ

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1.	Aparat fabrycznie nowy, wyprodukowany w roku 2010. Nie dopuszcza się przedstawienia ofert na aparat demonstracyjny i powystawowy	TAK	
2.	Analizator do półautomatycznego oznaczania moczu w oparciu o testy paskowe do wykonania oznaczeń oraz testy do kontroli wewnątrzlaboratoryjnej i zewnątrzlaboratoryjnej	TAK	
3.	Oznaczone parametry fizykochemiczne moczu: pH, ciężar właściwy, leukocyty, białko, glukoza, ciała ketonowe, urobilinogen, azotyny, bilirubina, krew	TAK	
4.	Wydajność analizatora min 500 ozn./godz.	TAK	
5.	Szybkość odczytu 60 sekund		
6.	Oznaczenia w oparciu o 10 parametrowy pasek, w którym pola testowe mocowane są bez użycia kleju	TAK	
7.	Prace z wykorzystaniem pasków charakteryzujących się eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wyniki glukozy i krwi	TAK	
8.	Kompensacja własnego zabarwienia moczu	TAK	



9.	Automatyczne określenie przez aparat zabarwienia próbki moczu	TAK	
10.	Możliwość manualnego wprowadzania barwy i klarowności moczu		
11.	Dotykowy ekran ciekłokrystaliczny	TAK	
12.	Możliwość tworzenia raportów wyników wymagających weryfikacji np. przeprowadzenia badania mikroskopowego.	TAK	
13.	Możliwość wpisywania wyników mikroskopowej oceny osadu moczu do wyniku w aparacie	TAK	
14.	Możliwość bezpośredniej współpracy z analizatorem osadu	TAK	
15.	Czułość dla białka – nie gorsza niż 20 mg/dl, dla glukozy – nie gorsza niż 40 mg/dl	TAK	
16.	Wykrywanie krwinek świeżych i wyługowanych	TAK	
17.	Pamięć min. 1000 wyników pacjentów	TAK	
18.	Kontrola jakości – pamięć min. 300 wyników	TAK	
19.	Flagowanie wyników patologicznych		
20.	Możliwość współpracy z siecią komputerową (dwukierunkowa transmisja danych) oraz czytnikiem kodów kreskowych	TAK	
21.	Możliwość wprowadzania kryteriów definiujących wartości przesiewowe i patologiczne	TAK	
22.	Dowolny wybór i układ parametrów na wydruku wyniku	TAK	
23.	Pasek kalibracyjny do codziennej autokalibracji zainstalowany w aparacie na stałe	TAK	
24.	Kalibracja co 4 tygodnie		
25.	Czas reakcji serwisu: do 24 godzin od chwili zgłoszenia.	TAK	
26.	Gwarancja na zaoferowany analizator: 36 miesięcy.	TAK	
27.	Dołączenie do oferty instrukcji używania analizatora, potwierdzającej spełnianie wszystkich warunków granicznych.	TAK	



Powyższe warunki stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczenie Wykonawcy

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Oświadczamy, że oferowane przez nas urządzenie spełnia minimalne wymogi techniczne określone powyżej. W celu potwierdzenia spełnienia tych wymagań przedkładamy:

1.
2.
3.

.....

Data i podpis

