

Chełm, dnia 15 kwietnia 2011 r.

MSP.A.341-2/2/11

Szanowni Państwo  
Wykonawcy

*Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia na sukcesywne dostawy pasków testowych do pomiaru poziomu glukozy i cholesterolu we krwi metodą paskową dla potrzeb Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie*

- 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 1 pasków które posiadają samo zasysanie krwi, nie potrzebują kodowania, objętość krwi wynosi 0,7µl, kalibrowany do osocza, pomiar metodą biosensoryczną, zakres pomiaru 20-600 mg/ funkcja AST (możliwość alternatywnych miejsc nakłucia), część paska testowego na zewnątrz z automatyczny wyrzutem, wykorzystany enzymu Oksydaza Glukozowa (GOD) minimalizacja zafałszowań pomiaru, spełniający normy ISO 15197 oraz zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Opakowanie chroni paski przed wpływem czynników zewnętrznych, paski można dotykać na całej powierzchni bez wpływu na wynik badania. 100% wyników mieści się w strefach A i B siatki błędów Clarke'a, oraz 100% wyników z AST mieści się w strefach A i B siatki błędów Clarke'a. Zakres temperatury przechowywania pasków to 4°C - 40°C, Zakres hematokrytu 20% do 60%. Gwarancja dożywotnia w tym przegląd kalibracja oraz szkolenie personelu.

W przypadku zgody proszę określić ilość glukometrów potrzebnych szpitalowi gdzie cena glukometru będzie zawarta w cenie pasków.

**Tak, Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie. Wymagana przez Zamawiającego ilość aparatów – 30 szt.**

- 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 1 pasków które nie potrzebują kodowania, objętość krwi wynosi 0,9µl, kalibrowany do osocza, pomiar metodą biosensoryczną, zakres pomiaru 20-600 mg/dl , wykorzystany enzym

Oksydaza Glukozowa (GOD) minimalizacja zafałszowań pomiaru. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia bezpłatnego dostarczenia aparatów na czas realizacji umowy.

**Tak, Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie. Wymagana przez Zamawiającego ilość aparatów – 30 szt.**

3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przystąpienie do każdej pozycji oddzielnie?

**Tak. Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie.**

**Lek. med. Lech Błazucki  
Dyrektor  
MSP ZOZ w Chełmie**