

Chełm, dnia 6 lipca 2011 r.

MSP.A.341-2/6/11 (1)

Szanowni Państwo
Wykonawcy

Dotyczy

postępowania o udzielenie zamówienia na sukcesywne dostawy odczynników i kalibratorów do wykonywania analiz hematologicznych w aparacie Cell-Dyn Emerald.

Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia pisemnego poświadczenia producenta aparatu (Abott Laboratories) o możliwości stosowania oferowanych odczynników w urządzeniu posiadanym przez Zamawiającego. Logicznym jest, że wydawanie takich oświadczeń przez firmę Abott Laboratories klóciłoby się z interesem samej firmy, dlatego uzyskanie takiego oświadczenia jest w praktyce niemożliwe.

Umieszczenie więc takiego wymogu w przetargu jest niezgodne z zasadami uczciwej konkurencji i uniemożliwia wzięcie udziału w postępowaniu innym wykonawcom.

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie. Konieczność stosowania odczynników, których możliwość używania w aparacie potwierdził producent aparatu wynika z umowy serwisowej i jest jednym z warunków gwarancji aparatu.

Z poważaniem