

Chełm dnia 28 października 2011 r.

MSP.A.341-1/3/11 (1_3)

Szanowni Państwo
Wykonawcy

W imieniu Zamawiającego przekazuję wszystkie pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy igieł, strzykawek, rękawic, rękawów i torebek do sterylizacji, środków opatrunkowych, wzierników ginekologicznych oraz drobnego sprzętu medycznego dla potrzeb Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie, które wpłynęły do Zamawiającego do dnia 28 października do godziny 14.00. Część odpowiedzi została powtórzona z uwagi na inną formułę pytania zadaną przez Wykonawcę.

Pytania dotyczące projektu umowy

Dotyczy zapisów umowy - § 6 ust. 1 pkt 1), 2), 3), 4)

Proponowane kary umowne zawarte w treści § 6 ust. 1 są niewspółmiernie wysokie w relacji do dostaw częściowych. Z uwagi na to, że wielkości dostaw częściowych zależne są od Zamawiającego, mogą wystąpić sytuacje w których naliczona kara umowna znacznie przewyższy wartość zamówionej dostawy.

Naliczanie kar umownych za dostawy częściowe od wartości całej umowy jak również naliczanie kary umownej od wartości już zrealizowanej, jak jest w projekcie umowy w § 6 stoi w sprzeczności z zapisami K.C. - w szczególności zasad współżycia społecznego i równości podmiotów gospodarczych. A przecież z zakresu zamówień publicznych to normalne umowy cywilne, muszą być zatem oparte na zasadzie ekwiwalentności, w której świadczenie jednej ze stron ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej strony, co w przypadku cytowanych wyżej zapisów z projektu umowy – nie ma miejsca.

Wobec powyższego:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów w § 6. ust.1. pkt. 1) w części "...” w wysokości 0,2% wartości ustalonej w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.” na zapis - "...” w wysokości 2% wartości brutto dostawy, za każdy dzień zwłoki.”

**Tak. Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu w następujący sposób:
„... w wysokości 2 % wartości dostawy brutto za każdy dzień opóźnienia”**

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów w § 6 ust. 1 pkt. 2) w części....” w wysokości 1% wartości w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.” na zapis-” w wysokości 1% wartości asortymentu niepełnowartościowego.”

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu w proponowany sposób.

Ponadto naliczanie kary umownej w wysokości 200 zł za nie wniesienie dostarczonego przedmiotu umowy do magazynu Zamawiającego stoi również w sprzeczności z zasadami wynikającymi z K.C. i kara ta jest niewspółmiernie wysoka w stosunku do rzeczywistych kosztów takiej drobnej usługi.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów w § 6 ust. 1 pkt. 3) w części ..”na zapis -” 20 zł za każdy stwierdzony przypadek..”

Zamawiający wyraża zgodę na częściową modyfikację powyższego zapisu, polegającą na obniżeniu wysokości kary umownej do 100 zł za każdy stwierdzony przypadek.

Powyższe wynika z faktu, iż w poprzednich okresach Wykonawcy pomimo obowiązku wniesienia do magazynu wynikającego z zawartej umowy wielokrotnie nie wykonywali tego obowiązku. Brak sankcji w postaci zapisanych w umowie kar umownych uniemożliwił Zamawiającemu skuteczne wyegzekwowanie tego obowiązku. Jednocześnie informuję, że Zamawiający opublikował na swojej stronie internetowej ujednolicony projekt umowy, obejmujący, oprócz zmian wskazanych w niniejszym piśmie, wskazane dodatkowego magazynu w Przychodni nr 2 w Chełmie ul. Połaniecka 11, gdzie również będą realizowane odrębne dostawy.

Jednocześnie pragniemy zauważyć, dokumenty określone w § 1 ust. 2. nie stanowią przedmiotu umowy i naliczanie kar umownych z tytułu niedoręczenia ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego również stoi w sprzeczności z zasadami K.C. Pragniemy również pokreślić, że Wykonawca składając oświadczenie w ofercie, że dysponuje takimi dokumentami, których by w rzeczywistości nie posiadał, podlega odpowiedzialności karnej z tytułu poświadczenia nieprawdy.

Wobec powyższego wnosimy o wykreślenie zapisu zawartego w § 6 ust. 1 pkt. 4) z projektu umowy.

Dotyczy zapisów umowy - § 6 ust. 2

Wobec powyższego wnosimy również o wykreślenie z przedmiotowego ust. zapisu w części lub w przypadku nie doręczenia aktualnych dokumentów określonych w § 1 ust. 2...”

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.

Obowiązkiem Zamawiającego jest zadbanie, aby w każdym momencie użytkowania dostarczonych wyrobów medycznych dostarczonych w wyniku rozstrzygnięcia prowadzonego postępowania, wyroby te miały aktualne dokumenty potwierdzające możliwość ich użytkowania w procesie udzielania świadczeń medycznych, a obowiązkiem Wykonawcy jest ich przedłożenie w odpowiednim terminie..

Pytania dotyczące asortymentu będącego przedmiotem postępowania

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę dwuczęściową 2 ml ze skalą rozszerzoną do 2,5 ml, czarną czytelną skalą oraz kontrastującym tłokiem? Pozostałe parametry bez zmian. Podane przez Zamawiającego rozszerzenie wskazuje tylko jednego producenta, co jest ograniczeniem zasad uczciwej konkurencji.

TAK,

Zamawiający dopuści powyższą zmianę asortymentu, natomiast wymaga od Wykonawcy wyraźnego zaznaczenia faktu oferowania innego asortymentu w szczegółowym wykazie asortymentowym (załącznik nr 1 do SIWZ)

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę dwuczęściową 20 ml ze skalą rozszerzoną do 25 ml, czarną czytelną skalą oraz kontrastującym tłokiem? Pozostałe parametry bez zmian. Podane przez Zamawiającego rozszerzenie wskazuje tylko jednego producenta, co jest ograniczeniem zasad uczciwej konkurencji.

TAK,

Zamawiający dopuści powyższą zmianę asortymentu, natomiast wymaga od Wykonawcy wyraźnego zaznaczenia faktu oferowania innego asortymentu w szczegółowym wykazie asortymentowym (załącznik nr 1 do SIWZ)

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 17

Czy Zamawiający na potwierdzenie, że przyrządy nie zawierają ftalanów (DEHP) wymaga oświadczenia Producenta o zastosowanym przez niego plastyfikatorze oraz dołączenia karty charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego?

Nie

Zamawiający wymaga jedynie złożenia oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu takich dokumentów, a w przypadku wątpliwości zawiadomi Wykonawcę do ich przedłożenia, zgodnie z zasadami opisanymi w części III pkt 3 i 4 SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1 – 8 oraz 13 – 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie w w/w pozycjach ceny za 100 szt. = 1 opakowanie, z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym? Podanie cen za opakowanie nie będzie zawiązało całkowitej wartości przygotowanej oferty przetargowej, co miałyby miejsce w przypadku przeliczenia cen dla 1 sztuki i podania jej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

TAK,

W kolumnie nr 7 szczegółowego formularza cenowego Zamawiający wymaga od Wykonawcy określenia wielkości opakowania oferowanego asortymentu (w zależności od tego czy dany asortyment w obrocie występuje w opakowaniach czy w sztukach) , natomiast w kolumnie 8 Wykonawca ma podać cenę jednostkową OPAKOWANIA oferowaną w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia (lub sztuki, jeżeli dany asortyment w obrocie występuje w sztukach. Dlatego też tok rozumowania Wykonawcy jest jak najbardziej zgodny z oczekiwaniem Zamawiającego.

Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne sterylne w rozmiarze 8,0 odpowiadające rozmiarowi M?

TAK,

Zamawiający dopuści powyższą zmianę asortymentu, natomiast wymaga od Wykonawcy wyraźnego zaznaczenia faktu oferowania innego asortymentu w szczegółowym wykazie asortymentowym (załącznik nr 1 do SIWZ)

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści venflony niebieskie 0,9 x 25 mm, zgodnie art. 30 ust. 1 ustawy Pzp. Zgodnie z normą Polską dotyczącą kaniul dożylnych PN-EN ISO 10555-5, która ustanawia równoważne rozmiary średnic cewników w milimetrach, odpowiadające temu samemu rozmiarowi w jednostce Gaug'a oraz temu samemu kolorowi identyfikującemu. Reasumując prosimy o możliwość złożenia oferty z kaniulami dożylnymi o rozmiarach średnicy zewnętrznej cewnika różniącej się +/- 0,1 mm wg w/w normy na podstawie art. 29 ust. 3 i art. 1 ustawy.

TAK,

Zamawiający dopuści powyższą zmianę asortymentu, natomiast wymaga od Wykonawcy wyraźnego zaznaczenia faktu oferowania innego asortymentu w szczegółowym wykazie asortymentowym (załącznik nr 1 do SIWZ)

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 17

Zamawiający w opisie przyrządów IS podaje w jednym miejscu opisu, że wymaga drenu o dł. 150 cm, a w drugim miejscu tego samego opisu podaje, iż wymaga drenu medycznego o długości 200 cm. Prosimy o wyjaśnienie jakiej długości drenu Zamawiający oczekuje.

Zamawiający oczekuje dostawy przyrządu IS o długości drenu 200 cm. Natomiast dopuszcza możliwość złożenia oferty na urządzenie o długości drenu 150 cm, spełniającego pozostałe wymogi specyfikacji. W takim przypadku Zamawiający wymaga od Wykonawcy wyraźnego zaznaczenia faktu oferowania innego asortymentu w szczegółowym wykazie asortymentowym (załącznik nr 1 do SIWZ)

Pakiet 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 0,45x13, spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ ?

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację

Pakiet 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 0,7x40, spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ ?

TAK,

Zamawiający dopuści powyższą zmianę asortymentu, natomiast wymaga od Wykonawcy wyraźnego zaznaczenia faktu oferowania innego asortymentu w szczegółowym wykazie asortymentowym (załącznik nr 1 do SIWZ)

Pakiet 1, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści kanikule w rozmiarze 0,9x25, spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

TAK,

Zamawiający dopuści powyższą zmianę asortymentu, natomiast wymaga od Wykonawcy wyraźnego zaznaczenia faktu oferowania innego asortymentu w szczegółowym wykazie asortymentowym (załącznik nr 1 do SIWZ)

Pakiet 1, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z rozszerzoną skalą do 2,5 ml, spełniająca pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

TAK,

Zamawiający dopuści powyższą zmianę asortymentu, natomiast wymaga od Wykonawcy wyraźnego zaznaczenia faktu oferowania innego asortymentu w szczegółowym wykazie asortymentowym (załącznik nr 1 do SIWZ)

Pakiet 1, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z rozszerzoną skalą do 5,6 ml, spełniająca pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

TAK,

Zamawiający dopuści powyższą zmianę asortymentu, natomiast wymaga od Wykonawcy wyraźnego zaznaczenia faktu oferowania innego asortymentu w szczegółowym wykazie asortymentowym (załącznik nr 1 do SIWZ)

Pakiet 1, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z rozszerzoną skalą do 24 ml, spełniająca pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

TAK,

Zamawiający dopuści powyższą zmianę asortymentu, natomiast wymaga od Wykonawcy wyraźnego zaznaczenia faktu oferowania innego asortymentu w szczegółowym wykazie asortymentowym (załącznik nr 1 do SIWZ)

Pakiet 1, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przytaczania płynów z dnem o długości 150 cm?

TAK,

Zamawiający dopuści powyższą zmianę asortymentu, natomiast wymaga od Wykonawcy wyraźnego zaznaczenia faktu oferowania innego asortymentu w szczegółowym wykazie asortymentowym (załącznik nr 1 do SIWZ)

Pakiet 2, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki cytologiczne jednorazowe typu Cervex-Brush, równoważne innej firmy niż Rovers, spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ. W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację

Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści paski wskaźnikowe pakowane a' 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację

Pakiet 5, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści podkład na rolce o szerokości 51 cm?

TAK,

Zamawiający dopuści powyższą zmianę asortymentu, natomiast wymaga od Wykonawcy wyraźnego zaznaczenia faktu oferowania innego asortymentu w szczegółowym wykazie asortymentowym (załącznik nr 1 do SIWZ)

Pakiet 5, pozycja 4

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi naszej firmie złożenie bardziej konkurencyjnej oferty

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację

Pakiet 5, pozycja 11-12

Czy Zamawiający dopuści maseczki chirurgiczne trójwarstwowe, spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację

Pakiet 5, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści plaster w opakowaniu a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Pakiet 5, pozycja 16

Prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi naszej firmie złożenie bardziej konkurencyjnej oferty

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację

Pakiet 6, pozycja 1,5

Prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi naszej firmie złożenie bardziej konkurencyjnej oferty

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację

Pakiet 6, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe zagłówki stomatologiczne pakowane a'25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

TAK,

Zamawiający dopuści powyższą zmianę asortymentu, natomiast wymaga od Wykonawcy wyraźnego zaznaczenia faktu oferowania innego asortymentu w szczegółowym wykazie asortymentowym (załącznik nr 1 do SIWZ)

Pakiet 1, pozycja 9-11

Czy Zamawiający w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu igły motylek w rozmiarach 0,5; 0,6; 0,7 równoważnego producenta?

Nie , Zamawiający nie dopuszcza powyższej modyfikacji.

Pakiet 1, pozycja 12

Czy Zamawiający w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu igły Venflon w rozmiarach 0,9x25 mm z niebieską końcówką?

TAK,

Zamawiający dopuści powyższą zmianę asortymentu, natomiast wymaga od Wykonawcy wyraźnego zaznaczenia faktu oferowania innego asortymentu w szczegółowym wykazie asortymentowym (załącznik nr 1 do SIWZ)

Pakiet 1, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę jednorazowego użytku typu Luer, poj. 2 ml, tłok w kolorze kontrastującym, skala kontrastująca i czytelna, rozszerzona skala do 2,5, nazwa producenta na korpusie strzykawki?

TAK,

Zamawiający dopuści powyższą zmianę asortymentu, natomiast wymaga od Wykonawcy wyraźnego zaznaczenia faktu oferowania innego asortymentu w szczegółowym wykazie asortymentowym (załącznik nr 1 do SIWZ)

Pakiet 1, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę jednorazowego użytku typu Luer, poj. 5 ml, tłok w

kolorze kontrastującym, skala kontrastująca i czytelna, rozszerzona skala do 5,6 ml, nazwa producenta na korpusie strzykawki?

TAK,

Zamawiający dopuści powyższą zmianę asortymentu, natomiast wymaga od Wykonawcy wyraźnego zaznaczenia faktu oferowania innego asortymentu w szczegółowym wykazie asortymentowym (załącznik nr 1 do SIWZ)

Pakiet 1, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę jednorazowego użytku typu Luer, poj. 20 ml, tłok w kolorze kontrastującym, skala kontrastująca i czytelna, rozszerzona skala do 23 ml, nazwa producenta na korpusie strzykawki?

TAK,

Zamawiający dopuści powyższą zmianę asortymentu, natomiast wymaga od Wykonawcy wyraźnego zaznaczenia faktu oferowania innego asortymentu w szczegółowym wykazie asortymentowym (załącznik nr 1 do SIWZ)

/- / Lech Błazucki

Dyrektor

Miejskiego Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Chełmie