

Chełm dnia 31 października 2011 r.

MSP.A.341-1/3/11 (4\_5)

Szanowni Państwo  
Wykonawcy

W imieniu Zamawiającego przekazuję wszystkie pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy igieł, strzykawek, rękawic, rękawów i torebek do sterylizacji, środków opatrunkowych, wzierników ginekologicznych oraz drobnego sprzętu medycznego dla potrzeb Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie, które wpłynęły do Zamawiającego do dnia 31 października do godziny 14.00. Część odpowiedzi została powtórzona z uwagi na inną formułę pytania zadaną przez Wykonawcę.

1. Pakiet 4, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny torebki samoklejącej o rozmiarze 200 x 339 mm w miejsce torebek o rozmiarze 190 x 305 ?

**TAK,**

**Zamawiający dopuści powyższą zmianę asortymentu, natomiast wymaga od Wykonawcy wyraźnego zaznaczenia faktu oferowania innego asortymentu w szczegółowym wykazie asortymentowym (załącznik nr 1 do SIWZ)**

2. Pakiet 4, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści do oceny torebki samoklejącej o rozmiarze 200 x 339 mm w miejsce torebek o rozmiarze 190 x 330 ?

**TAK,**

**Zamawiający dopuści powyższą zmianę asortymentu, natomiast wymaga od Wykonawcy wyraźnego zaznaczenia faktu oferowania innego asortymentu w szczegółowym wykazie asortymentowym (załącznik nr 1 do SIWZ)**

3. Pakiet 4, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści do oceny torebki samoklejącej o rozmiarze 90 x 133 mm w miejsce torebek o rozmiarze 57 x 130 ?

**Nie, Zamawiający nie dopuszcza zmiany asortymentu w sposób proponowany przez Wykonawcę.**

4. Pakiet 4, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny torebki zgrzewalnej o rozmiarze 200 x 270 mm lub 200 x 300 mm w miejsce torebek o rozmiarze 190 x 305 ?

**Nie, Zamawiający nie dopuszcza zmiany asortymentu w sposób proponowany przez Wykonawcę.**

5. Pakiet 4, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści do oceny torebki zgrzewalnej o rozmiarze 200 x 390 mm lub 210 x 350 mm w miejsce torebek o rozmiarze 190 x 330 ?

**Nie, Zamawiający nie dopuszcza zmiany asortymentu w sposób proponowany przez Wykonawcę.**

6. Pakiet 4, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści do oceny torebki zgrzewalnej o rozmiarze 55 x 200 mm lub 75 x 150 mm w miejsce torebek o rozmiarze 57 x 130 mm ?

**Nie, Zamawiający nie dopuszcza zmiany asortymentu w sposób proponowany przez Wykonawcę.**

Pakiet 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość składania ofert na poszczególne pozycje w tym pakiecie, co znacząco zwiększy konkurencyjność ofert a tym samym pozwoli na uzyskanie korzystniejszych warunków dla zamawiającego ?

**Nie**

**Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych obejmujących mniej niż jeden pakiet asortymentu określonego w SIWZ. Zmiana proponowana przez Wykonawcę doprowadziłaby do zbytniego rozdrobnienia asortymentu oraz ewentualnych umów z Wykonawcami.**

Pakiet 4, pozycja 1

Czy w pozycji 1 zamawiający dopuści ofertę produktu, w której będzie inna liczba testów w pojedynczym opakowaniu aniżeli wskazana w postępowaniu jednak całościowa ilość będzie zgodna z SIWZ?

**Nie**

**Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany asortymentu w tym zakresie**

**/- / Lech Błazucki**

**Dyrektor**

**Miejskiego Samodzielnego Publicznego**

**Zakładu Opieki Zdrowotnej**

**w Chełmie**