

Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ciemnia automatyczna rtg

Oferent:

Producent:

Nazwa zestawu / typ

| | Opis parametru | Wymagany parametr | Parametr oferowany |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 1. | Aparat fabrycznie nowy wyprodukowany w roku 2012 (zamawiający nie dopuszcza oferowania urządzenia z tzw. zapasów magazynowych) | TAK | |
| 2. | Aparat montowany w ciemni rentgenowskiej | TAK | |
| 3. | Obsługiwane formaty filmów Min 10 x 10 cm Max 45 x ∞cm | TAK | |
| 4. | Regulowany czas trwania cyklu obróbki 60 – 300 sekund | | |
| 5. | Oczekiwana wydajność godzinowa 690 błon formatu 24 x 18 345 błon formatu 24 x 30 240 błon formatu 35 x 43 | TAK TAK TAK | |
| 6. | Regulowana temperatura wywoływania w zakresie 24 – 40 °C | TAK | |
| 7. | Regulowana temperatura suszenia w zakresie 35 – 70 °C | TAK | |
| 8. | Przeciwutlenianie co 5 – 99 min | TAK | |
| 9. | Przeciwkryształizatory co 20 min. | TAK | |

| | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| 10. | Możliwość programowania cykli pracy min. 5 programów | TAK | |
| 11. | Pojemności zbiorników min. 12 litrów /odczytnik/woda | TAK | |
| 12. | Wymiary maksymalne w cm: (długość/szerokość/wysokość) 100/ 70 /130 | TAK | |
| 13. | Podłączenie elektryczne 220 – 240 V | TAK | |
| 14. | Podłączenie wodne zawór $\frac{3}{4}$ " | TAK | |
| 15. | Urządzenie oferowane ze stolikiem do ustawienia w ciemni, z możliwością ustawienia zbiorników z odczytnikami pod urządzeniem | TAK | |
| 16. | Instrukcja użytkownika w języku polskim | Tak | |

Powyższe warunki stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczenie Wykonawcy

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Oświadczamy, że oferowane przez nas urządzenie spełnia minimalne wymogi techniczne określone powyżej. W celu potwierdzenia spełnienia tych wymagań przedkładamy:

1.
2.
3.

.....

Data i podpis