

Chełm, dnia 6 lipca 2011 r.

MSP.A.341-2/7/11 (1)

Szanowni Państwo
Wykonawcy

Dotyczy

przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy probówek, końcówek do pipet automatycznych oraz drobnego sprzętu związanego z funkcjonowaniem laboratorium analitycznego Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie.

Pakiet nr 1 poz. 3

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie probówek o wymiarach 12 x 75 mm lub 12 x 86 mm z przezroczystego tworzywa z polipropylenu, korek biały z naklejkami, z polem do opisu, z przyspieszaczem wykrzepiania.

Parametry probówek biochemicznych określone przez Zamawiającego są odpowiednie do używania w wirówkach i analizatorach posiadanych przez Zamawiającego. Wcześniej zakupywane probówki o średnicy 12 mm powodowały obracanie się probówki w analizatorze i nieprawidłowe sczytywanie kodów kreskowych, dlatego też Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane odstępstwo.

Z poważaniem