

Chełm, dnia 8 marca 2012 r.

MSP.A.341-2/6/12 (12)

Szanowni Państwo
Wykonawcy

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie.

W imieniu Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie przedstawiam pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego dotyczące prowadzonego postępowania.

Pytanie 1.

Czy w załączniku nr 1 – specyfikacja techniczna w pkt 5 nie wkradł się błąd? Jest „3450 błon formatu 24 x 30” czy nie powinno być „345 błon formatu 24 x 30”

Tak, właściwym wymaganym minimalnym parametrem jest 345 błon na godzinę.

Podana wielkość 3450 jest oczywistą omyłką pisarską.

Poprawiony załącznik nr 1 został umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego

Pytanie 2

Czy zamawiający dopuści oczekiwaną wydajność godzinową 348 błon formatu 24 x 30

Tak podane w punkcie 1 załącznik nr 5 są minimalnymi wielkościami oczekiwanymi przez Zamawiającego, dlatego dopuszczone są oferty zapewniające większą niż opisaną w punkcie 5 załącznika nr 1 wydajność.

Pytanie 3

Czy zamawiający wyrazi zgodę aby regulowana temperatura wywoływania była w zakresie 28 – 40°C (wymóg wg siwz 24- 40°C).

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na proponowane odstępstwo.

/-/ Lech Błazucki
Dyrektor
MSP ZOZ w Chełmie