

Chełm, dnia 7 maja 2015 r.

MSP.A.341-2/2/15 (3)

**Szanowni Państwo**  
**Wykonawcy**

*Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę igieł, strzykawek, rękawic, wzierników ginekologicznych oraz drobnego sprzętu medycznego dla potrzeb Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie.*

**Dotyczy pakietu nr 1, pozycja 16**

Czy nie wkraść się błąd w opisie, gdyż podane są dwie długości drenu – 150 i 200 cm. Opis wskazuje na standardowy przyrząd do przetaczania płynów IS, w którym długość drenu wynosi 150 cm?

**Tak, w treści nastąpiła omyłka. Zamawiany przedmiot ma posiadać dren o długości 150 cm.**

**Z-CA DYREKTORA**  
Miejskiego Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie  
  
**mgr Mariusz Żabiński**