

Chełm, dnia 8 maja 2015 r.

MSP.A.341-2/2/15 (4)

Szanowni Państwo
Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę igieł, strzykawek, rękawic, wzierników ginekologicznych oraz drobnego sprzętu medycznego dla potrzeb Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie.

W imieniu Zamawiającego przedstawiam kolejne pytania dot. przetargu i odpowiedzi Zamawiającego

Pakiet 1 poz.12-15

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z logo producenta na korpusie?

Tak

Pakiet 1 poz.12

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z rozszerzoną skalą do 2,5ml?

Tak

Pakiet 1 poz.13

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z rozszerzoną skalą do 5,5ml?

Tak

Pakiet 1 poz.14

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z rozszerzoną skalą do 11ml?

Tak

Pakiet 1 poz.15

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z rozszerzoną skalą do 22ml?

Tak

Pakiet 1 poz.16

Czy Zamawiający dopuści przyrząd z komorą z PCV całość wolna od ftalanów?

Tak

Z-CA DYREKTORA
Miejskiego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie

mgr Mariusz Zabinski