

**Załącznik nr 1a**  
**do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
PARAMETRÓW MINIMALNYCH

**Foropter okulistyczny**  
**Manualny**

Oferent: .....

Producent: .....

Nazwa zestawu / typ .....

	Opis parametru	Wymagany parametr	Parametr oferowany
<b>A</b>	<b>OGÓLNE PARAMETRY APARATU</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1.	Manualny foropter okulistyczny	TAK	
2.	Aparat fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2010r.	TAK	
3.	Foropter z cylindrami ujemnymi	TAK	
4.	Cylinder krzyżowy, stawiający się automatycznie w powiązaniu z osią cylindra (cylinder krzyżowy sprzężony)	TAK	
5.	Zakres regulacji szkieł sferycznych + 16,75 do 19,00 (w krokach co 0,25)	TAK	
6.	Zakres regulacji szkieł cylindrycznych 0,00D do – 6,00 (w krokach 0,25)	TAK	
7.	Regulacja osi cylindra 0 – 180 <sup>0</sup>	TAK	
8.	Cylinder skrzyżowany +/- 0,25	TAK	
9.	Zakres regulacji szkieł pryzmatycznych 0 – 20 D (co 1 D)		

<b>B</b>	<b>PARAMETRY DODATKOWE</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
10.	Okluder	TAK	
11.	Szkoło retinoskopowe + 1,50 D	TAK	
12.	Szkoło polaryzacyjne 45 <sup>0</sup> dla oka lewego, 135 <sup>0</sup> dla oka prawego	TAK	
13.	Szkoło (WMV) i (RMV) Maddoxa, pionowe: białe dla oka lewego, czerwone dla oka prawego	TAK	
14.	Szkoło (WMH) i (RMH) Maddoxa, poziome: białe dla ol, czerwone dla op	TAK	
15.	Filtr czerwony	TAK	
16.	Szkoło sferyczne + 0,12	TAK	
17.	Otwór stenopeiczny (PH)	TAK	
18.	Szkoła pryzmatyczne dysocjacyjne (10 <sup>3</sup> I- oko lewe) i (6 <sup>3</sup> U – oko prawe)	TAK	
19.	Cylinder skrzyżowany (± 0,5)	TAK	
20.	Regulacja rozstawu źrenic 48 do 75 mm w krokach co 1 mm	TAK	
<b>C</b>	<b>SPOSÓB MONTAŻU</b>		
21.	Ramię foroptera mocowane na ścianie z adapterem obrotowym	TAK	

**Powyższe warunki stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia. Wykonawca ma prawo zaoferować urządzenie o wyższych parametrach**

### Oświadczenie Wykonawcy

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Oświadczamy, że oferowane przez nas urządzenie spełnia minimalne wymagania techniczne określone powyżej. W celu potwierdzenia spełnienia tych wymagań przedkładamy:

1. ....
2. ....
3. ....

.....

Data i podpis